



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE21. 3414

产品名称 Name of Product	有毒气体检测仪
型号及规格 Type of Product	VT3412
防爆标志 Marking	Ex d II C T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T80°C
技术文件 Technical Documents	Q/HDVTB0002-2021
图 号 Drawing No.	VT3412-40-A0
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压：DC24V。 2. 使用环境温度：-20°C ≤ Ta ≤ +55°C。 3. 外壳防护等级：IP66。 4. 可检测气体：一氧化碳、硫化氢、氧气、氯气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氢气、氰化氢、磷化氢、锆化氢、硅烷、砷化氢、氯化氢、环氧乙烷、氟化氢、二氧化氯、臭氧、乙硼烷、硒化氢、溴化氢、氟气、联氨、四氢噻吩、有机蒸汽、硫醇。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给：
Issued to: 北京惟泰安全设备有限公司

本证失效日期：2026-12-17

Date of Expire:

发 证 日 期：2021-12-17

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码:300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>